

Beställare:Götene dykarklubb
Aspelund
533 91 GÖTENE**Kund:**Götene dykarklubb
Aspelund
533 91 GÖTENE**Vårt ordernummer:**

2986

Analysdatum:

2012-05-04

Provdatum:**Provställe:**

1

Flasknummer:

40881

Flaskvolym, l:

5.0

Fyllningstryck, MPa:

20.00

Temp, °C:

20.0

Komponent	Värde	Max eller gränsvärde	Enhet
Koldioxid	128.0	500	ppm
Koloxid	0.2	15	ppm
Oxygen	20.9	20-22	vol %
Olja	<0.020	0.5	mg/m ³
Vattenhalt	4.61	25	mg/m ³

Kompletterande uppgifter:

Analys enligt SS-EN 12021.

Provuttag vid 5 MPa.

Detta analyscertifikat får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



Per-Arnold Eek